

ONDAMED Nährstoffpunkt Therapie

Schritt für Schritt Anleitung:

Karin van Hülsen, HP

- a. Legen Sie den Nacken-Applikator um den Nacken des Patienten.
 - b. Drücken Sie die Programm-Taste.
 - c. Überprüfen Sie, dass eine 0 im unteren Display erscheint. Wenn nicht drücken Sie die CL-Taste für 3 Sekunden bis 0 im unteren Display erscheint.
 - d. Drehen Sie mit dem Regulator zum Programm 83.
 - e. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator. Im unteren Display erscheint die Zahl 1.
 - f. Drehen Sie mit dem Regulator zum Programm 96.
 - g. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator. Im unteren Display erscheint die Zahl 2.
 - h. Drehen Sie mit dem Regulator zum Programm 115.
 - i. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator. Im unteren Display erscheint die Zahl 3.
 - j. Drehen Sie mit dem Regulator zum Programm 142.
 - k. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator. Im unteren Display erscheint die Zahl 4.
 - l. Drehen Sie mit dem Regulator zum Programm 151.
 - m. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator. Im unteren Display erscheint die Zahl 5.
 - n. Legen Sie sanft ihre Daumenspitze auf den Puls des Patienten.
 - o. Drücken Sie erneut die Programm-Taste. Es erscheint im oberen Display LP 151 und im unteren Display die Zahl 5.
 - p. Drehen Sie mit dem Regulator oder mit der Minus (-) und Plus (+) Taste innerhalb der gespeicherten Programme.
Wählen Sie anhand der deutlichsten Pulsreaktion das signifikanteste Programm aus. In unserem Beispiel LP 96 im oberen Display und die Zahl 2 im unteren Display.
 - q. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator, um dieses Programm zu laden. In unserem Beispiel sehen Sie 76.10 im oberen Display und 8 im unteren Display.
 - r. Drehen Sie mit dem Regulator oder mit der Minus (-) und Plus (+) Taste innerhalb der Unterkategorien 1-8 und wählen anhand der deutlichsten Pulsreaktion die signifikanteste Unterkategorie aus.
 - s. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator, um die Unterkategorie zu laden. In unserem Beispiel die Unterkategorie 2.
 - t. Schauen Sie in Ihr ONDAMED Handbuch, Seite 73-77 nach Informationen und Lage der Applikatoren für die Behandlung.
In unserem Beispiel 96.2 = Vitamin C NA: Nacken, HA: auf Punkt unterhalb und in der Mitte des linken Schlüsselbeins.
- Achtung!!! Wenn Sie mit der MC/MF Methode arbeiten:**
liegt der Matrixapplikator im Bereich des Main Focus (MF). Falls dieses nicht möglich ist, benutzen Sie den Handapplikator. Der freie Applikator wird auf den Nährstoffwechselfunkt appliziert, sofern dieser sich nicht im Bereich des Main Focus befindet. Die Lokalisation der Nährstoffwechselfunkte entnehmen Sie dem Bild in Ihrem ONDAMED Handbuch und der detaillierten Beschreibung der Nährstoffwechselfunkte (siehe Website www.dr-kessler.com Nährstoffwechselfunkt Therapie).
- u. Drücken Sie Stern (*) and Start-Taste.
In unserem Beispiel läuft das Programm nun für 5.20 Minuten.

Karin van Hülsen, HP
Praxis Dr. med. Wolf-Dieter Kessler
Alter Postweg 5
D - 26624 Victorbur
www.dr-kessler.com
dr.wdg.kessler@t-online.de