

# ONDAMED Nährstoffpunkt Therapie

## Schritt für Schritt Anleitung:

Karin van Hülsen, HP

- a. Legen Sie den Nacken-Applikator um den Nacken des Patienten.
- b. Drücken Sie die Programm-Taste.
- c. Überprüfen Sie, dass eine 0 im unteren Display erscheint. Wenn nicht drücken Sie die CL-Taste für 3 Sekunden bis 0 im unteren Display erscheint.
- d. Drehen Sie mit dem Regulator zum Programm 83.
- e. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator. Im unteren Display erscheint die Zahl 1.
- f. Drehen Sie mit dem Regulator zum Programm 96.
- g. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator. Im unteren Display erscheint die Zahl 2.
- h. Drehen Sie mit dem Regulator zum Programm 115.
- i. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator. Im unteren Display erscheint die Zahl 3.
- j. Drehen Sie mit dem Regulator zum Programm 142.
- k. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator. Im unteren Display erscheint die Zahl 4.
- l. Drehen Sie mit dem Regulator zum Programm 151.
- m. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator. Im unteren Display erscheint die Zahl 5.
- n. Legen Sie sanft ihre Daumenspitze auf den Puls des Patienten.
- o. Drücken Sie erneut die Programm-Taste. Es erscheint im oberen Display LP 151 und im unteren Display die Zahl 5.
- p. Drehen Sie mit dem Regulator oder mit der Minus (-) und Plus (+) Taste innerhalb der gespeicherten Programme.  
Wählen Sie anhand der deutlichsten Pulsreaktion das signifikanteste Programm aus.  
In unserem Beispiel LP 96 im oberen Display und die Zahl 2 im unteren Display.
- q. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator, um dieses Programm zu laden.  
In unserem Beispiel sehen Sie 76.10 im oberen Display und 8 im unteren Display.
- r. Drehen Sie mit dem Regulator oder mit der Minus (-) und Plus (+) Taste innerhalb der Unterkategorien 1-8 und wählen anhand der deutlichsten Pulsreaktion die signifikanteste Unterkategorie aus.
- s. Drücken Sie die Enter/Speicher-Taste am Regulator, um die Unterkategorie zu laden.  
In unserem Beispiel die Unterkategorie 2.
- t. Schauen Sie in Ihr ONDAMED Handbuch, Seite 73-77 nach Informationen und Lage der Applikatoren für die Behandlung.  
In unserem Beispiel 96.2 = Vitamin C NA: Nacken, HA: auf Punkt unter linkem Schlüsselbein.
- u. Drücken Sie Stern (\*) and Start-Taste.  
In unserem Beispiel läuft das Programm nun für 5.20 Minuten.

Karin van Hülsen, HP  
Praxis Dr. med. Wolf-Dieter Kessler  
Alter Postweg 5  
D - 26624 Victorbur  
[www.dr-kessler.com](http://www.dr-kessler.com)

[dr.wdg.kessler@t-online.de](mailto:dr.wdg.kessler@t-online.de)